Potenza SPECCHI

ARGILLA PRO

INSTRUÇÃO DE USO AO PROFISSIONAL

PHS DO BRASIL LTDA
Rua Guilherme Boldt 210, Bairro: Zona Industrial Norte, Cidade: Joinville,
Estado: Santa Catarina, País: Brasil - CEP: 89239-260
CNPJ: 17.910.389/0001-05 - INDÚSTRIA BRASILEIRA
E-MAIL: contato@phsdobrasil.com.br
Autorização de Funcionamento MS: 8.11992.7 (X401M5619X7L)
Notificação na ANVISA nº 8.11992.79020
EU REP **CINTERQUAL – Soluções de Comércio Internacional Lda**; Avenida Defensores de Chaves, Nº 4
Escritório Idea Spaces – 1000-117
Lisboa – Portugal +351 967 417 654

Nome Comercial do Produto: POTENZA SPECCHI ARGILLA PRO.

Nome Comercial Alternativo: PASTA DE POLIMENTO.

Nome Técnico do Produto: PASTAS PARA PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL.

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO ANTES DE APLICAR O PRODUTO.

GUARDE ESTA INSTRUÇÃO ATÉ NÃO HAVER MAIS INTERAÇÃO DO PRODUTO COM O SEU PACIENTE.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Argila branca M635 (22,5 µm), óxido de alumínio ALF 800 (18 µm), veículo lubrificante, espessantes e aroma.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

POTENZA SPECCHI ARGILLA PRO é uma pasta de polimento à base de argila, material que combina diferentes minerais de diferentes durezas, de granulação extrafina. Possui média viscosidade e efeito tixotrópico, coloração acinzentada e aroma mentolado.

INDICAÇÃO DO PRODUTO:

POTENZA SPECCHI ARGILLA PRO é indicada para o polimento final de esmalte dental, resinas, cerâmicas, acrílicos, metais e outros materiais restauradores. Deve ser utilizada em conjunto com discos de feltro em baixa rotação.

PRECAUÇÕES:

- Para evitar aquecimento excessivo da superfície dental, aplicar pressão leve e intermitente durante o polimento;
- Recomenda-se o uso de óculos de proteção para o profissional e o paciente durante a aplicação;
- Evitar ingestão do produto e contato com os olhos;
- Não utilizar em pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da formulação.

CONTRAINDICAÇÕES:

- POTENZA SPECCHI ARGILLA PRO é contraindicado para pessoas com alergia a algum dos componentes da fórmula.

EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS:

- A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar náuseas;
- Em caso de reação alérgica, suspender o uso e procurar orientação médica.

ADVERTÊNCIAS:

- Não utilizar o produto após o prazo de validade;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Produto de uso exclusivo odontológico, devendo ser utilizado conforme as instruções de uso;
- Antes do uso, verificar o aspecto do produto. Em caso de anomalias, não utilizar;
- O uso inadequado ou fora das instruções pode comprometer a segurança e o desempenho do produto;
- É responsabilidade do profissional avaliar a adequação do produto para a finalidade pretendida;
- Em caso de incidentes graves relacionados ao uso do produto, comunicar ao fabricante e à autoridade sanitária competente;
- Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins;

- Produto fornecido em embalagem multidose. Adotar medidas de controle de contaminação durante o uso, evitando contato com superfícies contaminadas e a reutilização de material já dispensado;
- Alterações nas características físicas do produto, como consistência, textura ou desempenho, podem indicar comprometimento da qualidade;
- Para a eliminação segura do dispositivo médico após o uso, seguir a legislação local aplicável.

INSTRUÇÕES DE USO:

O polimento é a última etapa de uma restauração dental. Antes de polir, certifique-se de que a etapa de acabamento e pré polimento já tenha sido cumpridas com o uso de brocas, discos de lixa e borrachas polidoras de diferentes granulações. A qualidade do brilho da restauração depende em grande parte da lisura da superfície pré-polimento.

A pasta POTENZA SPECCHI ARGILLA PRO deve ser utilizada em associação com disco de feltro descartável, acoplado a baixa rotação. Recomenda-se utilizar discos finos e flexíveis.

1° Passo: Aplique pequena porção da pasta sobre o disco de feltro ou diretamente na superfície da restauração;

2° Passo: Em movimentos intermitentes de leve pressão, cubra toda a área da restauração e do dente a ser polido. Normalmente 2 minutos são suficientes para um polimento minucioso;

3° Passo: Verifique se o nível de brilho está conforme o pretendido. Se necessário, poderá repetir o processo de pré-polimento e de polimento.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

- Manter o produto na embalagem original;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazenar o produto a temperaturas entre de 0 °C a 30 °C.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE:

- O produto pode ser transportado a temperaturas entre -5 °C a 50 °C;
- Proteger da incidência da luz solar direta.

DATA DE FABRICAÇÃO: VIDE EMBALAGEM.

PRAZO DE VALIDADE: VIDE EMBALAGEM

PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. SOMENTE PARA USO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA.

CERTIFIQUE-SE DE QUE A INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM O PRODUTO A SER UTILIZADO.

PARA TER ACESSO À VERSÃO IMPRESSA DA INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO, ENTRE EM CONTACTO COM O SUPORTE TÉCNICO DA EMPRESA.

MANTER A EMBALAGEM FECHADA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.

Data Publicada: -
Código: IFU-013
Versão: 12



Potenza SPECCHI

ARGILLA PRO

INSTRUTIONS FOR USE FOR PROFESSIONALS |

PHS DO BRASIL LTDA
Guilherme Boldt Street, 210, District: Zona Industrial Norte, City: Joinville,
State: Santa Catarina, Country: Brazil - Zip Code: 89239-260
CNPJ: 17.910.389/0001-05 - BRAZILIAN INDUSTRY
E-MAIL: contato@phsdobrasil.com.br
Health Ministry´s Operating Licence: 8.11992.7 (X401M5619X7L)
Notification at ANVISA number: 8.11992.79020
EU REP **CINTERQUAL – Commerce Solutions**
International Lda; Avenida Defensores de Chaves, Nº 4
Idea Spaces Office – 1000-117
Lisboa – Portugal +351 967 417 654

Product Trade Name: POTENZA SPECCHI ARGILLA PRO.

Alternative Trade Name: POLISHING PASTE.

Product Technical Name: DENTAL PROPHYLAXIS AND POLISHING PASTES

PLEASE READ ALL THE INFORMATION IN THESE INSTRUCTIONS FOR USE CAREFULLY BEFORE APPLYING THE PRODUCT.

KEEP THESE INSTRUCTIONS UNTIL THERE IS NO FURTHER INTERACTION OF THE PRODUCT WITH YOUR PATIENT.

Suporte Técnico
0800-000-3780
www.phsgroup.com.br

CE

BASIC COMPOSITION:

White clay M635 (22.5 µm), aluminum oxide ALF 800 (18 µm), lubricating vehicle, thickeners, and flavoring.

PRODUCT DESCRIPTION:

POTENZA SPECCHI ARGILLA PRO is a clay-based polishing paste composed of minerals with different hardness levels and extra-fine particle size. It has medium viscosity and a thixotropic effect, with a grayish color and mint flavor.

PRODUCT INDICATION:

POTENZA SPECCHI ARGILLA PRO is indicated for the final polishing of dental enamel, resins, ceramics, acrylics, metals, and other restorative materials. It should be used in conjunction with disposable felt discs at low speed.

PRECAUTIONS:

- To avoid excessive heating of the dental surface, apply light and intermittent pressure during polishing;
- The use of protective eyewear is recommended for both the professional and the patient during application;
- Avoid ingestion of the product and contact with the eyes;
- Do not use in patients with hypersensitivity to any component of the formulation.

CONTRAINDICATIONS:

- POTENZA SPECCHI ARGILLA PRO is contraindicated for individuals with allergies to any of the formulation.

POSSIBLE SIDE EFFECTS:

- Ingestion of large amounts of the product may cause nausea;
- In case of allergic reaction, discontinue use and seek medical advice.

WARNINGS:

- Do not use the product after the expiration date;
- Keep out of reach of children;
- For dental use only. Must be used according to the instructions for use;
- Before use, check the appearance of the product. In case of abnormalities, do not use;
- Improper use or use outside the instructions may compromise product safety and performance;
- It is the responsibility of the professional to evaluate the suitability of the product for the intended use;
- In case of serious incidents related to the use of the product, report to the manufacturer and the competent authority;
- Do not reuse empty packaging for other purposes;

- This product is supplied in a multi-dose package. Adopt contamination control measures during use, avoiding contact with contaminated surfaces and the reuse of dispensed material;
- Changes in the physical characteristics of the product, such as consistency, texture, or performance, may indicate compromised quality;
- For safe disposal of the medical device after use, follow applicable local regulations.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Polishing is the final step of a dental restoration. Before polishing, ensure that finishing and pre-polishing steps have already been completed using burs, abrasive discs, and polishing rubbers of different grits. The quality of the final gloss depends largely on the smoothness of the pre-polished surface.

POTENZA SPECCHI ARGILLA PRO paste must be used in association with a disposable felt disc attached to a low-speed handpiece. The use of thin and flexible discs is recommended.

Step 1: Apply a small amount of paste onto the felt disc or directly onto the restoration surface;

Step 2: Using intermittent movements with light pressure, cover the entire restoration and tooth surface to be polished. Typically, 2 minutes are sufficient for thorough polishing;

Step 3: Check whether the desired gloss level has been achieved. If necessary, repeat the pre-polishing and polishing process.

CONSERVATION AND STORAGE:
- Keep the product in its original packaging;
- Protect from direct sunlight;
- Store at temperatures between 0 °C and 30 °C (32 °F to 86 °F).

TRANSPORT CONDITIONS:
- The product may be transported at temperatures between -5 °C and 50 °C (23 °F to 122 °F);
- Protect from direct sunlight.

MANUFACTURING DATE: SEE PACKAGE

SHELF LIFE: SEE PACKAGE

PRODUCT FOR EXCLUSIVE USE IN DENTAL OFFICES. FOR PROFESSIONAL DENTAL USE ONLY.

ENSURE THAT THESE INSTRUCTIONS FOR USE CORRESPOND TO THE PRODUCT BEING USED.

TO OBTAIN A PRINTED VERSION OF THE INSTRUCTIONS FOR USE, CONTACT THE COMPANY'S TECHNICAL SUPPORT.

KEEP THE PACKAGE CLOSED WHEN NOT IN USE.

Publication Date: -
Code: IFU-013
Version: 12



Potenza SPECCHI

ARGILLA PRO

INSTRUCCIONES DE USO AL PROFESIONAL

PHS DO BRASIL LTDA
Calle Guilherme Boldt 210, Barrio: Zona Industrial Norte, Ciudad: Joinville,
Estado: Santa Catarina, País: Brasil - CEP: 89239-260
CNPJ: 17.910.389/0001-05 - INDUSTRIA BRASILEÑA
E-MAIL: contato@phsdobrasil.com.br
Autorización de Operación MS: 8.11992.7 (X401M5619X7L)
Notificación en ANVISA n° 8.11992.79020
EU REP **CINTERQUAL – Soluciones de Comercio Internacional Lda;** Avenida Defensores de Chaves, Nº 4
Escritório Idea Spaces – 1000-117
Lisboa – Portugal +351 967 417 654

Nombre Comercial del Producto: POTENZA SPECCHI ARGILLA PRO.

Nombre Comercial Alternativo: PASTA PARA PULIDO.

Nombre Técnico del Producto: PASTAS PARA PROFILAXIS Y PULIDO DENTAL.

LEA ATENTAMENTE TODA LA INFORMACIÓN DE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES HASTA QUE NO EXISTA MÁS INTERACCIÓN DEL PRODUCTO CON SU PACIENTE.

Soporte Técnico
0800-000-3780
www.phsgroup.com.br

CE

COMPOSICIÓN BÁSICA:

Arcilla blanca M635 (22,5 µm), oxido de aluminio (18 µm), vehículo lubricante, espesantes y aroma.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

POTENZA SPECCHI ARGILLA PRO es una pasta de pulido a base de arcilla, compuesta por minerales con diferentes niveles de dureza y granulometría extrafina. Presenta viscosidad media y efecto tixotrópico, con coloración grisácea y aroma mentolado.

INDICACIÓN DEL PRODUCTO:

POTENZA SPECCHI ARGILLA PRO está indicada para el pulido final de esmalte dental, resinas, cerámicas, acrílicos, metales y otros materiales restauradores. Debe utilizarse en conjunto con discos de fieltro desechables a baja velocidad.

PRECAUCIONES:

- Para evitar el sobrecalentamiento de la superficie dental, aplicar presión ligera e intermitente durante el pulido;
- Se recomienda el uso de gafas de protección tanto para el profesional como para el paciente durante la aplicación;
- Evitar la ingestión del producto y el contacto con los ojos;
- No utilizar en pacientes con hipersensibilidad a cualquier componente de la formulación.

CONTRAINDICACIONES:

- POTENZA SPECCHI ARGILLA PRO está contraindicado para personas con alergia a cualquier componente de la formulación.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS:

- La ingestión de grandes cantidades del producto puede causar náuseas;
- En caso de reacción alérgica, suspender el uso y buscar atención médica.

ADVERTENCIAS:

- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad;
- Mantener fuera del alcance de los niños;
- Producto de uso exclusivo odontológico, debiendo ser utilizado conforme a las instrucciones de uso;
- Antes del uso, verificar el aspecto del producto. En caso de anomalías, no utilizar;
- El uso inadecuado o fuera de las instrucciones puede comprometer la seguridad y el desempeño del producto;
- Es responsabilidad del profesional evaluar la adecuación del producto para la finalidad pretendida;
- En caso de incidentes graves relacionados con el uso del producto, comunicar al fabricante y a la autoridad sanitaria competente;
- No reutilizar el envase vacío para otros fines;
- Producto suministrado en envase multidosis. Adoptar medidas de control de contaminación durante el uso, evitando el contacto con superficies contaminadas y la reutilización del material ya dispensado;

- Cambios en las características físicas del producto, como consistencia, textura o desempeño, pueden indicar deterioro de la calidad;
- Para la eliminación segura del dispositivo médico después de su uso, seguir la legislación local aplicable.

INSTRUCCIONES DE USO:

El pulido es la última etapa de una restauración dental. Antes de pulir, asegúrese de que las etapas de acabado y pre-pulido ya se hayan realizado utilizando fresas, discos abrasivos y gomas de pulido de diferentes granulometrías. La calidad del brillo final depende en gran medida de la lisura de la superficie pre-pulida.

La pasta POTENZA SPECCHI ARGILLA PRO debe utilizarse en conjunto con un disco de fieltro desechable acoplado a baja velocidad. Se recomienda el uso de discos finos y flexibles.

Paso 1: Aplique una pequeña cantidad de la pasta sobre el disco de fieltro o directamente sobre la superficie de la restauración;

Paso 2: Con movimientos intermitentes y presión ligera, cubra toda el área de la restauración y del diente a pulir. Normalmente, 2 minutos son suficientes para un pulido minucioso;

Paso 3: Verifique si el nivel de brillo es el deseado. Si es necesario, repita el proceso de pre-pulido y pulido.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

- Mantener el producto en su envase original;
- Proteger de la luz solar directa;
- Almacenar el producto a temperaturas entre 0 °C y 30 °C (32 °F a 86 °F).

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

- El producto se puede transportarse a temperaturas entre -5 °C y 50 °C (23ºF a 122ºF);
- Proteger de la incidencia de la luz solar directa.

FECHA DE FABRICACIÓN: VER ENVASE

FECHA DE CADUCIDAD: VER ENVASE

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS. SOLO PARA USO DE PROFESIONALES DEL ÁREA ODONTOLÓGICA.

ASEGÚRESE DE QUE LAS INSTRUCCIONES DE USO CORRESPONDAN AL PRODUCTO QUE SE VA A UTILIZAR.

PARA ACCEDER A LA VERSIÓN IMPRESA DE LAS INSTRUCCIONES DE USO, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SOPORTE TÉCNICO DE LA EMPRESA.

MANTENGA EL EMBALAJE CERRADO CUANDO NO ESTÉ EN USO.

Fecha de Publicación: 06/11/2026
Código: IFU-013
Versión: 12



PICTOGRAMAS / PICTOGRAMS / PICTOGRAMAS

	Data de Fabricação Manufacture Date Fecha de Fabricación		Número de Referência Reference Number Numero de Referencia
	Data de Validade Expiration Date Fecha de Caducidad		Dispositivo Médico Medical Device Dispositivo Médico
	Fabricante Manufacturer Identification Fabricante		Identificação Única do Dispositivo Unique Device Identifier Identificación Única del Dispositivo
	Marcação CE CE Marking Marcado CE		Código de Lote Lot Code Código de Lote

EU REP	Mandatário na Comunidade Europeia/União Europeia Authorised Representative in the European Community/European Union Representante autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia		Manter Longe da Luz Solar Keep Away From Sunlight Mantener Alejado de la Luz Solar
	Consultar as Instruções de Utilização Eletrônicas Consult the Electronic Instructions for Use Consultar las Instrucciones de Uso Electrónicas		Manter Seco Keep Dry Mantener Seco
	Não Estéril Non-Sterile No Estéril		Manter Fora do Alcance das Crianças Keep Out of Reach of Children Mantener Fuera del Alcance de los Ninõs

	Limites de Temperatura Temperature Limits Límites de Temperatura		Plástico Polipropileno Polypropylene Plastic Plástico Polipropileno
	Não Reutilizar Do Not Reuse No reutilizar		