Potenza
ATTACCO

ÁCIDO FOSFÓRICO 37%

INSTRUÇÕES DE USO AO PROFISSIONAL

PHS DO BRASIL LTDA
Rua Guilherme Boldt 210, Bairro: Zona Industrial Norte, Cidade: Joinville,
Estado: Santa Catarina, País: Brasil - CEP: 89239-260
CNPJ: 17.910.389/0001-05 - INDÚSTRIA BRASILEIRA
E-MAIL: contato@phsdobrasil.com.br
Autorização de Funcionamento MS: 8.11992.7 (X401M5619X7L)
Notificação na ANVISA nº 8.11992.79036
EU REP **CINTERQUAL – Soluções de Comércio Internacional Lda**; Avenida Defensores de Chaves, Nº 4
Escritório Idea Spaces – 1000-117
Lisboa – Portugal +351 967 417 654

Nome Comercial do Produto: POTENZA ATTACCO CONDICIONADOR ÁCIDO 37%.

Nome Comercial Alternativo: POTENZA ATTACCO CONDICIONADOR ÁCIDO PARA ESMALTE E DENTINA.

Nome Técnico do Produto: CONDICIONADOR ÁCIDO.

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO ANTES DE APLICAR O PRODUTO.

GUARDE ESTA INSTRUÇÃO ATÉ NÃO HAVER MAIS INTERAÇÃO DO PRODUTO COM O SEU PACIENTE.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:
Ácido fosfórico a 37%, corante, espessantes, umectantes e água.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
POTENZA ATTACCO CONDICIONADOR ÁCIDO 37% é um condicionador ácido à base de ácido fosfórico a 37%, disponível na forma de gel de coloração azul intensa. Apresenta-se sob duas versões: Seletive e Flow.

Na apresentação **Seletive**, o gel se restringe apenas ao local onde é aplicado - sem escoar para áreas adjacentes. Sua coloração bastante marcante permite fácil visualização do local de aplicação.
Na apresentação **Flow**, devido à baixa viscosidade, possibilita uma colocação precisa sem escoar para as áreas adjacentes. Sua coloração bastante marcante permite fácil visualização do local de aplicação.

INDICAÇÃO DO PRODUTO:
POTENZA ATTACCO CONDICIONADOR ÁCIDO 37% é indicado para condicionamento ácido de esmalte e dentina, passo que antecede a aplicação de adesivos. Seu objetivo é aumentar as microporosidades nos tecidos, consequentemente maximizando a retenção mecânica do adesivo.

PRECAUÇÕES:
- Manter afastado de luz solar;
- O contato do produto com os olhos e/ou pele pode causar queimaduras;
- A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar náuseas. O profissional deverá orientar o paciente para não ingerir o produto. Se o paciente acidentalmente engolir um grande volume do produto, o profissional deverá levá-lo para o Pronto Atendimento junto com as instruções de uso do produto;
- Produto não injetável;
- Não reutilize a embalagem;
- Ao menor sinal de alergia, suspender o uso imediatamente.

CONTRAINDICAÇÕES:
- POTENZA ATTACCO 37% é contraindicado para pessoas com relato de alergia a algum dos componentes da fórmula.

EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS:
- A permanência do produto sobre a superfície dental por tempo superior ao indicado pode causar desmineralização excessiva dos tecidos.

ADVERTÊNCIAS:

- Nunca utilize o produto se estiver com o prazo de validade expirado;
- Exclusivo para uso odontológico;
- Deve ser manipulado de acordo com as instruções de uso;
- É de responsabilidade do profissional comprovar, antes da utilização do produto, se o mesmo é compatível e adequado para a utilização desejada;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Antes de utilizar, observe o aspecto do produto, caso perceba alguma anomalia entre em contato imediatamente com o fabricante;
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso inadequado ou por manipulação incorreta;
- Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins;
- Para realizar o descarte do produto, siga a legislação local.

INSTRUÇÕES DE USO:

1° Passo: Isole a região a receber o produto, preferencialmente com isolamento absoluto. O substrato deve estar limpo e seco;

2° Passo: Verifique o fluxo do ácido antes da aplicação intraoral. Aplique o produto em toda a área onde se deseja o condicionamento ácido. Em esmalte, deixe o produto agir por 30 segundos. Em dentina, deixe o produto agir por 15 segundos.

Observação: A parede pulpar de preparos cavitários profundos deve ser protegida com base forradora (ex.: cimento de ionômero de vidro) antes da aplicação do produto.

3° Passo: Lave abundantemente a área condicionada com água deionizada, pelo menos por tempo igual ao da aplicação;

4° Passo: Após total remoção do ácido, mantenha o substrato seco ou úmido, conforme recomendação do sistema adesivo a ser utilizado;

Observação: Em determinados adesivos autocondicionantes, não se recomenda aplicar o produto na dentina.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

- Manter o produto na embalagem original;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazenar o produto em temperaturas entre 0 °C a 30 °C.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE:

- O produto pode ser transportado em temperaturas entre -5 °C e 50 °C;
- Proteger da incidência da luz solar direta.

DATA DE FABRICAÇÃO: VIDE EMBALAGEM.

PRAZO DE VALIDADE: VIDE EMBALAGEM.

PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. SOMENTE PARA USO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA.

CERTIFIQUE-SE DE QUE A INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM O PRODUTO A SER UTILIZADO.

PARA TER ACESSO À VERSÃO IMPRESSA DA INSTRUÇÃO DE USO, ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO DA EMPRESA.

MANTER A EMBALAGEM FECHADA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.

Data Publicada: 06/11/2026
Código: IFU-023
Versão: 06

Suporte Técnico
0800-000-3780
www.phsgroup.com.br

Potenza
ATTACCO
ÁCIDO FOSFÓRICO 37%

INSTRUCTIONS FOR USE FOR PROFESSIONALS

PHS DO BRASIL LTDA
Guilherme Boldt Street, 210, District: Zona Industrial Norte, City: Joinville,
State: Santa Catarina, Country: Brazil - Zip Code: 89239-260
CNPJ: 17.910.389/0001-05 - BRAZILIAN INDUSTRY
E-MAIL: contato@phsdobrasil.com.br
Health Ministry´s Operating Licence: 8.11992.7 (X401M5619X7L)
Notification at ANVISA number: 8.11992.79036
EU REP **CINTERQUAL – Commerce Solutions International Lda**; Avenida Defensores de Chaves, Nº 4
Idea Spaces Office – 1000-117
Lisboa – Portugal +351 967 417 654

Product Commercial Name: POTENZA ATTACCO ACID CONDITIONER 37%.

Alternative Commercial Name: POTENZA ATTACCO ACID CONDITIONER FOR ENAMEL AND DENTIN.

Technical Product Name: ACID CONDITIONER.

READ ALL THE INFORMATION IN THIS INSTRUCTION FOR USE CAREFULLY BEFORE APPLYING THE PRODUCT.

KEEP THIS INSTRUCTION UNTIL THERE IS NO FURTHER INTERACTION OF THE PRODUCT WITH YOUR PATIENT.

Technical Support
0800-000-3780
www.phsgroup.com.br

BASIC COMPOSITION:
37% phosphoric acid, colorant, thickeners, humectants, and water.

PRODUCT DESCRIPTION:
POTENZA ATTACCO 37% is an acid conditioner based on 37% phosphoric acid, available in the form of an intense blue gel. It comes in two versions: Selective and Flow.

In the **Selective** presentation, the gel is restricted only to the place where it is applied - without leaking to adjacent areas. Its very striking color allows easy visualization of the application site.

In the **Flow** presentation, due to the low viscosity, it allows a precise placement without draining to the adjacent areas. Its very striking color allows easy visualization of the application site.

PRODUCT INDICATION:
POTENZA ATTACCO 37% is indicated for acid etching of enamel and dentin, a step that precedes the application of adhesives. Its objective is to increase the microporosities in the tissues, consequently maximizing the mechanical retention of the adhesive.

PRECAUTIONS:
- Keep away from sunlight;
- Contact of the product with eyes and/or skin can cause burns;
- Ingestion of large amounts of the product may cause nausea;
- The professional should instruct the patient not to ingest the product. If the patient accidentally swallows a large volume of the product, the professional must take it to the Emergency Roomalong with the instructions for using the product;
- Non-injectable product;
- Do not reuse the packaging;
- At the slightest sign of allergy, suspend use immediately.

CONTRAINDICATIONS:
- POTENZA ATTACCO 37% is contraindicated for people with reported allergies to any of the components of the formula.

POSSIBLE SIDE EFFECTS:
- The permanence of the product on the tooth surface for longer than indicated may cause excessive tissue demineralization.

WARNING:

- Never use the product if it has expired;
- Exclusive for dental use;
- It must be handled in accordance with the instructions for use;
- It is the responsibility of the professional to check, before using the product, whether it is compatible and suitable for the intended use;
- Keep out of the reach of children;
- Before using, observe the appearance of the product, if you notice any anomaly, contact the manufacturer immediately;
- The manufacturer is not responsible for damage caused by inappropriate use or incorrect handling;
- Do not reuse the empty packaging for other purposes;
- To dispose of the product, follow the local legislation.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1st STEP: Isolate the region to receive the product, preferably with absolute isolation. The substrate must be clean and dry.

2nd STEP: Check acid flow prior to intraoral application. Apply the product to the entire area where acid etching is desired. On enamel, let the product act for 30 seconds. On dentin, let the product act for 15 seconds.

Note: The pulp wall of deep cavity preparations must be protected with a liner base (eg: glass ionomer cement) before applying the product.

3rd STEP: Thoroughly wash the conditioned area with deionized water, at least for the same time as the application.

4th STEP: After complete removal of the acid, keep the substrate dry or moist as recommended by the adhesive system to be used.

Note: For certain self-etching adhesives, it is not recommended to apply the product to dentin.

CONSERVATION AND STORAGE:

- Keep the product in the original packaging;
- Protect from the incidence of direct sunlight;
- Store the product at temperatures between 0 °C to 30 °C.

TRANSPORT CONDITIONS:

- Product must be transported in temperatures between -5 °C e 50 °C (23 °F to 122 °F);
- Protect it from direct sunlight.

MANUFACTURING DATE: SEE PACKAGING.

EXPIRATION DATE: SEE PACKAGING.

EXCLUSIVELY FOR USE IN DENTAL OFFICES. FOR USE ONLY BY DENTAL PROFESSIONALS.

MAKE SURE THE INSTRUCTION FOR USE MATCHES THE PRODUCT TO BE USED.

TO ACCESS A PRINTED VERSION OF THE INSTRUCTION FOR USE, CONTACT THE COMPANY'S TECHNICAL SUPPORT.

KEEP THE PACKAGE CLOSED WHEN NOT IN USE.

Publication Date: 06/11/2026
Code: IFU-023
Version: 06



Potenza
ATTACCO

ÁCIDO FOSFÓRICO 37%

INSTRUCCIONES DE USO PARA PROFESIONALES

PHS DO BRASIL LTDA
Calle Guilherme Boldt 210, Barrio: Zona Industrial Norte, Ciudad: Joinville,
Estado: Santa Catarina, País: Brasil - CEP: 89239-260
CNPJ: 17.910.389/0001-05 - INDUSTRIA BRASILEÑA
E-MAIL: contato@phsdobrasil.com.br
Autorización de Operación MS: 8.11992.7 (X401M5619X7L)
Notificación en ANVISA n° 8.11992.709036
EU REP **CINTERQUAL – Soluciones de Comercio Internacional Lda;** Avenida Defensores de Chaves, Nº 4
Escritório Idea Spaces – 1000-117
Lisboa – Portugal +351 967 417 654

Nombre Comercial del Producto: ACONDICIONADOR ÁCIDO POTENZA ATTACCO 37%.

Nombre Comercial Alternativo: ACONDICIONADOR ÁCIDO POTENZA ATTACCO PARA ESMALTE Y DENTIN.

Nombre Técnico del Producto: ACONDICIONADOR ÁCIDO.

LEA CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACIÓN DE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.

GUARDE ESTE INSTRUCTIVO HASTA QUE NO HAYA MÁS INTERACCIÓN DEL PRODUCTO CON SU PACIENTE.

COMPOSICIÓN BÁSICA:
Ácido fosfórico al 37 %, colorante, espesantes, humectantes y agua.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
POTENZA ATTACCO 37% es un acondicionador ácido a base de ácido fosfórico al 37%, disponible en forma de gel de color azul intenso. Se presenta en dos versiones: Selective y Flow.

En la presentación **Selectiva**, el gel se restringe solo al lugar donde se aplica, sin filtrarse a las áreas adyacentes. Su color muy llamativo permite una fácil visualización del sitio de aplicación.

En la presentación **Flow**, debido a la baja viscosidad, permite una colocación precisa sin escurrir a las zonas adyacentes. Su color muy llamativo permite una fácil visualización del sitio de aplicación.

INDICACIÓN DEL PRODUCTO:
POTENZA ATTACCO 37% está indicado para el grabado ácido de esmalte y dentina, paso previo a la aplicación de adhesivos. Su objetivo es aumentar las microporosidades en los tejidos, consecuentemente maximizando la retención mecánica del adhesivo.

PRECAUCIONES:
- Mantener alejado de la luz solar;
- El contacto del producto con los ojos y/o la piel puede provocar quemaduras;
- La ingestión de grandes cantidades del producto puede provocar náuseas. El profesional debe instruir al paciente para que no ingiera el producto. Si el paciente ingiere accidentalmente un gran volumen del producto, el profesional debe llevarlo a Urgencias junto con las instrucciones de uso del producto;
- Producto no inyectable;
- No reutilizar el embalaje;
- Al menor síntoma de alergia, suspender el uso inmediatamente.

CONTRAINDICACIONES:
- POTENZA ATTACCO 37% está contraindicado para personas com alergias reportadas a cualquiera de los componentes de la fórmula.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS:
- La permanencia del producto sobre la superficie del diente por más tiempo del indicado puede provocar una desmineralización excesiva de los tejidos.

ADVERTENCIAS:

- Nunca utilice el producto si ha caducado;
- Exclusivo para uso odontológico;
- Debe manipularse de acuerdo con las instrucciones de uso;
- Es responsabilidad del profesional verificar, antes de utilizar el producto, si es compatible y adecuado para el uso previsto;
- Mantener fuera del alcance de los niños;
- Antes de usar, observe la apariencia del producto, si nota alguna anomalía, comuníquese inmediatamente con el fabricante;
- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado o una manipulación incorrecta;
- No reutilice el embalaje vacío para otros fines;
- Para desechar el producto, siga la legislación local.

INSTRUCCIONES DE USO:

1° Paso: Aislar la región a recibir el producto, preferentemente con aislamiento absoluto. El sustrato debe estar limpio y seco;

2° Paso: compruebe el flujo de ácido antes de la aplicación intraoral. Aplique el producto en toda el área donde se desea un grabado ácido. Sobre el esmalte, dejar actuar el producto durante 30 segundos. Sobre dentina, dejar actuar el producto por 15 segundos.

Nota: La pared pulpar de las preparaciones de cavidades profundas debe protegerse con una base de revestimiento (p. ej., cemento de ionómero de vidrio) antes de aplicar el producto.

3° Paso: Lave bien el área acondicionada con agua desionizada, por lo menos durante el mismo tiempo de la aplicación.

4° Paso: Después de la eliminación total del ácido, mantenga el sustrato seco o húmedo según lo recomendado por el sistema adhesivo que se utilizará.

Nota: Para ciertos adhesivos de autograbado, no se recomienda aplicar el producto sobre la dentina.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
- Conservar el producto en el embalaje original;
- Proteger de la incidencia de la luz solar directa;
- Conservar el producto a temperaturas entre 0 °C y 30 °C.

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

- El producto puede ser transportado a temperaturas entre -5 °C y 50 °C;
- Proteger de la luz solar directa.

FECHA DE FABRICACIÓN: VER EMBALAJE.

FECHA DE CADUCIDAD: VER EMBALAJE.

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS. SOLO PARA USO DE PROFESIONALES DEL ÁREA ODONTOLÓGICA.

ASEGÚRESE DE QUE LAS INSTRUCCIONES DE USO CORRESPONDAN AL PRODUCTO QUE SE VA A UTILIZAR.


PARA ACCEDER A LA VERSIÓN IMPRESA DE LAS INSTRUCCIONES DE USO, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SOPORTE TÉCNICO DE LA EMPRESA.

MANTENGA EL EMBALAJE CERRADO CUANDO NO ESTÉ EN USO.

Fecha de Publicación: 06/11/2026
Código: IFU-023
Versión: 06



PICTOGRAMAS / PICTOGRAMS / PICTOGRAMAS

	Data de Fabricação Manufacture Date Fecha de Fabricación		Número de Referência Reference Number Numero de Referencia
	Data de Validade Expiration Date Fecha de Caducidad		Dispositivo Médico Medical Device Dispositivo Médico
	Fabricante Manufacturer Identification Fabricante		Identificação Única do Dispositivo Unique Device Identifier Identificación Única del Dispositivo
	Código de Lote Lot Code Código de Lote		

EU REP	Mandatário na Comunidade Europeia/União Europeia Authorised Representative in the European Community/European Union Representante autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia		Manter Longe da Luz Solar Keep Away From Sunlight Mantener Alejado de la Luz Solar
	Consultar as Instruções de Utilização Eletrônicas Consult the Electronic Instructions for Use Consultar las Instrucciones de Uso Electrónicas		Manter Seco Keep Dry Mantener Seco
	Não Estéril Non-Sterile No Estéril		Manter Fora do Alcance das Crianças Keep Out of Reach of Children Mantener Fuera del Alcance de los Ninõs

	Limites de Temperatura Temperature Limits Límites de Temperatura		Plástico Polipropileno Polypropylene Plastic Plástico Polipropileno
	Não Reutilizar Do Not Reuse No reutilizar		